



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 22/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 15

Γενικής Διαχείρισης
Πληροφορίες
Τηλ.: 22713/50106
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΙΚΗΣ PCR» CPV:33790000-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.900,00€ ΜΕ ΦΠΑ**

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.45/25-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΛΒ469073-Ρ0Μ), απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «Συστήματος Πολυπλεκτικής PCR» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
2. Την υπ' αριθ. **483/15-03-2022** (ΑΔΑ:6ΒΨΘ469073-ΣΘΑ) ανάληψη πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «Συστήματος Πολυπλεκτικής PCR» (CPV:33790000-4), (ΚΑΕ:1359.01), με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 17.900,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	Σύστημα Πολυπλεκτικής PCR (CPV:33790000-4)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	17.900,00 ΜΕ ΦΠΑ 17%
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 1359.01 • Ανάλυση Υποχρέωσης :483/15-03-2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΘ469073-ΣΘΑ)
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Γ.Διαχείριση)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: paragelies@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	29/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Γενικής Διαχείρισης)
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Ενενήντα (90) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης	Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση: - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (αρ.21 Ν.4782/21).

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης – να τα αποστείλουν άμεσα.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πολυπλεκτικής PCR με Συνοδό Εξοπλισμό

1. Ολοκληρωμένο σύστημα πολυπλεκτικής PCR, το οποίο να συνοδεύεται από Η/Υ και από το αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος.
2. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE/IVD.
3. Να είναι απλό στη χρήση, με ελάχιστη απασχόληση προσωπικού, ώστε να είναι εφικτή η χρήση του και στην εφημερία. Να αναφερθεί ο χρόνος απασχόλησης ανά δείγμα.
4. Να διενεργεί τη λύση, τον πολλαπλασιασμό και την ανίχνευση των στόχων σε ένα αναλυτή χωρίς την παρέμβαση του χρήστη για την αποφυγή επιμολύνσεων.
5. Να εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά / αντιδραστήρια για την εξέταση μέσα στη συσκευασία και στο κόστος ανά εξέταση.
6. Να παρέχει αποτελέσματα μέσα σε 2 ώρες από την εισαγωγή του δείγματος στο σύστημα. Να αναφερθεί ο αντίστοιχος χρόνος.
7. Να ανιχνεύει ταυτόχρονα πολλά παθογόνα (βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα). Να αναφερθούν αναλυτικά οι στόχοι που ανιχνεύονται ανά είδος δείγματος.
8. Συγκεκριμένα να διαθέτει τα απαραίτητα αντιδραστήρια και υλικά για:
 - Ανίχνευση/ταυτοποίηση **μικροβίων, μυκήτων και γονιδίων αντοχής από θετικές αιμοκαλλιέργειες**. Να ανιχνεύονται πάνω από 20 στόχοι.
 - Ανίχνευση/ταυτοποίηση **ιών και μικροβίων από ρινοφαρυγγικά δείγματα**. Να ανιχνεύονται πάνω από 15 στόχοι **ΚΑΙ ο SARS Cov2**. Ποσότητα εξετάσεων / έτος: 90
 - Ανίχνευση/ταυτοποίηση **ιών, μικροβίων και μυκήτων από ENY**. Να ανιχνεύονται πάνω από 12 στόχοι. Ποσότητα εξετάσεων / έτος: 30
 - Ανίχνευση/ταυτοποίηση **ιών και μικροβίων** (με ανίχνευση γονιδίων αντοχής) **από δείγματα BAL ή πτύελα**. Να ανιχνεύονται πάνω από 25 στόχοι.

Σύνολο 120 δείγματα/ έτος