



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 12/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 23

Γενική Διαχείριση
Πληροφορίες:
Τηλ.: 22713/50106
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΙΩΝ (3) MONITOR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ» CPV:33100000-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.036,50 € ΜΕ ΦΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. 4/17-03-2022 (ΑΔΑ:Ψ07Φ469073-Λ27) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2022.
2. Την υπ' αριθ. 408/16-03-2022 (ΑΔΑ:6ΨΥΦ469073-ΦΘΚ), απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «**ΤΡΙΩΝ (3) MONITOR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ**» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου καθώς και το αίτημα προμήθειας με τις τεχνικές προδιαγραφές
3. Την υπ' αριθ. **501/17-03-2022** (ΑΔΑ:6ΟΙΖ469073-Δ1Ο) ανάληψη πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «**ΤΡΙΩΝ (3) MONITOR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ**»

(CPV:33100000-1), (ΚΑΕ:7131.01), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2022. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 4.036,50 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ (CPV:33100000-1)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	4.036,50€ ΜΕ ΦΠΑ 17%
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 7131.01 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 501/17-03-2022(ΑΔΑ:6ΟΙΖ469073-Δ1Ο)
Δ/νση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Γενικής Διαχείρισης)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: paragelies@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	18/04/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Γενικής Διαχείρισης)
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	Έως την παράδοση των Μόνιτορ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης	Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση: - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (αρ.21 Ν.4782/21).

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά, νεογνά.

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, ελεγχόμενο εξ' ολοκλήρου από μικροϋπολογιστές, μικρού όγκου και βάρους, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.

Μέτρηση και ψηφιακή απεικόνιση παραμέτρων ECG/HR, SPO2, PR, NIBP, RESP, TEMP.

Η μέτρηση της NIBP να εκτελείται χειροκίνητα και αυτόματα σε προεπιλεγμένα διαστήματα από τον χρήστη. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης συνεχών μετρήσεων για 5 λεπτά (STAT). Να βασίζεται σε ειδικό αλγόριθμο απόρριψης παρασώτων, που να εξασφαλίζει λήψη μέτρησης υπό δύσκολες συνθήκες (εξαιρετικά υπερτασικοί και υποτασικοί ενήλικες ασθενείς). Να αναφερθεί. Η μέτρηση να είναι περίπου στο εύρος 10-290mmHg.

Η μέτρηση της παλμικής οξυμετρίας να βασίζεται σε ειδικό αλγόριθμο που να εξασφαλίζει λήψη μέτρησης υπό κλινικές συνθήκες πτωχής περιφερικής αιμάτωσης και κίνησης. Να αναφερθεί. Στο εύρος μέτρησης 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ± 3 ψηφίων ή καλύτερη, υπό συνθήκες κίνησης. Στο εύρος μέτρησης 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ± 2 ψηφίων ή καλύτερη, υπό συνθήκες πτωχής περιφερικής αιμάτωσης.

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας, τεχνολογίας TFT, τουλάχιστον 11" (ιντσών).

Να είναι χαμηλού βάρους, περίπου 2,5 κιλά.

Εύκολος χειρισμός με πλήκτρα άμεσων λειτουργιών.

Να διαθέτει οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού για κάθε παράμετρο, με ρυθμιζόμενα όρια από τον χρήστη, για κάθε κατηγορία ασθενή.

Καταγραφή όλων των παραμέτρων τουλάχιστον για 72 ώρες με γραφικά και πίνακες τάσεων (trends).

Τουλάχιστον 48 ώρες full disclosure ανασκόπηση κυματομορφών.

Μεγάλος αριθμός αποθήκευσης συμβάντων συναγερμού.

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αυτονομίας συνεχούς χρήσης τουλάχιστον δύο ωρών.

Να υπάρχει ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

Να έχει προστασία από απινίδωση.

Αποθήκευση σε USB.

Σύνδεση ενσύρματη και ασύρματη με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης.

Να συνοδεύεται από 3πολικό καλώδιο απαγωγών, αισθητήρα ενήλικων SPO2 πολλαπλών χρήσεων, σωλήνα αναίμακτης αρτηριακής πίεσης, περιχειρίδα ενήλικων πολλαπλών χρήσεων μικρού, μεσαίου, μεγάλου μεγέθους, αισθητήρα θερμοκρασίας.

Να συνοδεύεται από τροχήλατη, στιβαρή βάση με καλάθι, του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, κατάλληλου σχεδιασμού ώστε να αποτρέπεται η πτώση του μονιτορ (πλήθος τροχών, ακτίνα τοποθέτηση τροχών). Να διαθέτει φρένο ακινητοποίησης. Να διαθέτει σύστημα στήριξης του μόνιτορ χωρίς χρήση εργαλείων. Το μόνιτορ να αποσπάται από την βάση με άμεση ενέργεια, χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία.

Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά.

Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευής τουλάχιστον στα αγγλικά.

Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να δοαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίησης ISO 9001, ISO 13485 και να πληροί την Υ.Α.Δ.Υ8δ/Γ.Π οικ./1348/04. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.

Ο υποψήφιος προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα service και ενεργό συμβόλαιο συνεργασίας με τον οίκο κατασκευής.

Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία.

Να σταλεί δείγμα εφ' όσον ζητηθεί.