



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 21/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 91

Γενικής Διαχείρισης
Πληροφορίες : Α. Μυλωνά
Τηλ.: 22713/50106
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV:39711130-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ**

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.1705/10-12-2021 (ΑΔΑ:62ΖΗ469073-ΚΛΦ), απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου καθώς και το αίτημα προμήθειας με τις τεχνικές προδιαγραφές
2. Την υπ' αριθ.2441/17-12-2021 (ΑΔΑ:9Σ7Ζ469073-ΦΣ9) ανάληψη πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

(CPV39711130-9), (ΚΑΕ:9143), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 10.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV:39711130-9)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	10.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none">• ΚΑΕ 9143• Ανάληψη Υποχρέωσης :2441/17-12-2021 (ΑΔΑ:9Σ7Ζ469073-ΦΣ9)
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: paragelies@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	30/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Γενικής Διαχείρισης)
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none">• ΚΗΜΔΗΣ• www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	Έως την παράδοσή του.
Χρόνος ισχύος προσφορών	Ενενήντα (90) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</p>	<p>Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% και καλής λειτουργίας ίσης με το 5%, επί της καθαρής συμβατικής αξίας (αρ.21 Ν.4782/21).</p>

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, κατακόρυφο, ορθογώνιο ψυγείο για τη φύλαξη ασκών αίματος χωρητικότητας περίπου 650-700 Lit κατασκευασμένο από υλικό υψηλής αντοχής. Το μονωτικό υλικό μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τοιχώματος να έχει επαρκές πάχος ώστε να εξασφαλίζει την ελάχιστη απώλεια θερμότητας.
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 200x90x70cm (ΥxΠxΜ).
3. Να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 350 ασκούς των 450ml.
4. Να είναι εσωτερικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας με αντιβακτηριδιακή επίστρωση και να καθαρίζεται εύκολα.

5. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 7 συρόμενα συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι και τα αντίστοιχα χωρίσματα για την τοποθέτηση των ασκών αίματος. Τα συρτάρια να μπορούν να αφαιρούνται για να καθαρίζονται.
6. Να διαθέτει τέσσερις ρόδες εκ των οποίων δύο να «κλειδώνουν».
7. Να διαθέτει γυάλινη πόρτα με αυτόματη επαναφορά, με διπλό ή τριπλό αντιθαμβωτικό γυαλί ασφαλείας, άριστα στεγανοποιημένη με λάστιχο και δυνατότητα κλειδώματος.
8. Να διαθέτει φωτισμό του θαλάμου που να ενεργοποιείται με το άνοιγμα της πόρτας, αλλά και ανεξάρτητο διακόπτη φωτισμού στον πίνακα ελέγχου.
9. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz, και ο συμπιεστής να έχει φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά αέρια. Το επίπεδο θορύβου λειτουργίας του συμπιεστή να είναι χαμηλότερο των 60db.
10. Η θερμοκρασία να είναι προ-ρυθμισμένη στους +4° C και το εύρος θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον +1°C έως +8° C .Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται από μικροεπεξεργαστή. Να διαθέτει δυνατότητα απομνημόνευσης των οριακών θερμοκρασιών.
11. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με ανάλυση 0.1°C. Να διαθέτει γραφικό θερμόμετρο για τη γρήγορη επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας. Η οθόνη να παρουσιάζει τις παραμέτρους λειτουργίας και να έχει κουμπιά χειρισμού για ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
12. Να διαθέτει ενσωματωμένο κυκλικό καταγραφικό θερμοκρασίας 7-ημερών με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρία που να αντικαθίσταται εύκολα. Το καταγραφικό χαρτί να έχει εύρος μέτρησης θερμοκρασίας από -5oC έως 20 oC.
13. Να έχει αυτόματη απόψυξη χωρίς τη χρήση θέρμανσης για μέγιστη ομοιογένεια θερμοκρασίας.
14. Να διαθέτει θετική βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα για τη διατήρηση της σταθερότητας και ομοιομορφίας της θερμοκρασίας σε όλα τα επίπεδα και γρήγορη αποκατάσταση θερμοκρασίας μετά τα ανοίγματα της πόρτας. Η λειτουργία του ή των ανεμιστήρων να διακόπτεται με το άνοιγμα της πόρτας.
15. Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη ισχύος με κλειδαριά ασφαλείας.
16. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για υπέρβαση ορίων θερμοκρασίας, πτώση τροφοδοσίας, ανοικτή πόρτα, χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας και ανάγκη συντήρησης. Να διαθέτει πλήκτρο για τη σίγαση συναγερμού καθώς και δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης ή αυξομείωσης της έντασης του ηχητικού σήματος.
17. Να διαθέτει πλήκτρο για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του συναγερμού.
18. Να διαθέτει βοηθητική μπαταρία η οποία να εξασφαλίζει τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.
19. Να διαθέτει τις κατάλληλες επαφές για να μπορεί να συνδεθεί με σύστημα συναγερμού (remote-phone alarm).
20. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει τμήμα σέρβις που να είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή να συντηρεί και να ελέγχει το προσφερόμενο ψυγείο αίματος. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει το κόστος επισκευής κάθε βλάβης που δεν οφείλεται σε κακή χρήση και την αξία των ανταλλακτικών, όπως και των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων. Να παρέχεται κάλυψη σε ανταλλακτικά, αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον 10 έτη από την αγορά του ψυγείου.
21. Να διαθέτει σήμανση CE και να πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις για την αποθήκευση αίματος και συστατικών αίματος. Να υποβληθούν με την προσφορά όλα τα σχετικά πιστοποιητικά του είδους σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
22. Ο κατασκευαστής και ο προσφέρων να διαθέτουν ISO9001 και ISO13485.
23. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή της στον εν λόγω διαγωνισμό από τον κατασκευαστή.
24. Να συνοδεύεται από manual και οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.