



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα Οικονομικό

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Β. Παγούδη

Τηλ.: 22713/50258

E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 122/2025

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»
CPV:33162200-5, ΚΑΕ:1311**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.178,35 € ΜΕ ΦΠΑ

Με την παρούσα Πρόσκληση το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει των άρθρ.118 και 120 του Ν.4412/16, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» για τα είδη τα οποία δεν κατακυρώθηκαν από τον ετήσιο διαγωνισμό σύμφωνα με την αρ.102/2024 διακήρυξη.

Προσφορές δύναται να υποβληθούν για κάθε είδος ξεχωριστά, ή για το σύνολο της προμήθειας.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 30.178,35€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2024, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.07/18.01.2024 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την ημερομηνία καταχώρησης της, στο ΚΗΜΔΗΣ ή εάν άλλως αναφέρεται στο κείμενο αυτής

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:

- την με αριθ. 20/11-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΚΥ469073-ΩΣΤ), Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»,

- την με αριθ. 33/5-6-2025 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την έγκριση διενέργειας ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, δυνάμει των άρθρ.118 & 120 του Ν.4412/16.
- Την με αριθ. 44/04-09-2024 Απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.»
- Την υπ' αριθμ. 1357/29-10-2025 Απόφαση έγκρισης πολυετούς ανάληψης.
- την με αριθ. 1031/2025 (ΑΔΑ: ΨΦΙΖ469073-95Φ) Ανάληψη Πίστωσης.
- τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147)
- του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α'145)
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,: *“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β' 3075)*
- τον Ν. 4601/2019 (Τμήμα Δεύτερο «εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 133) (Α'44) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- της υπ' αριθμ.Κ.Υ.Α.52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β'2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»
- της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α'107)
- του Ν.5135/2024 «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις»

Η πρόσκληση απευθύνεται προς **κάθε ενδιαφερόμενο** προκειμένου να υποβάλλει οικονομική προσφορά προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» **μέχρι την Δευτέρα 24-11-2025 και ώρα 14:30 μμ.** σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» , CPV: 33162200-5
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 1311 • Ανάληψη Υποχρέωσης: 1031/2025
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την ένδειξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ>>, ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 122/2025
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	24-11-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.
Ημερομηνία/Τόπος Αξιολόγηση προσφοράς	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφ.Προμηθειών) 25-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ποσότητες, τιμή μονάδος, σύνολο καθαρής αξίας, ποσοστό ΦΠΑ, σύνολο τελικής αξίας). <u>Σημειώνεται πως η μορφοποίηση της τιμή μονάδος του κάθε είδους θα πρέπει να είναι με δύο δεκαδικά ψηφία.</u>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο βάσει της τιμής, εφόσον η προσφορά του δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό και έχει κριθεί αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης/ Αποδεικτικά μέσα	Ο «Ανάδοχος» μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά του, υποβάλλει και τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολής τους έκτος από: i) το πιστοποιητικό που αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή των οικονομικών φορέων σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και ii) το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (για τις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), για τα οποία η έκδοσή τους πρέπει να είναι (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση. - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση • στις περιπτώσεις των Α.Ε. αφορά τον Δ/ντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας ή μέλους διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αυτών • στις περιπτώσεις των ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ αφορά τους διαχειριστές • στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Δ.Σ. - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό - Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό / επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,

	εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο (ισχύς 30 εργάσιμες ημέρες) - Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εκπροσώπηση της εταιρίας και η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών. (για τις ΟΕ και ΕΕ να έχει εκδοθεί δύο (2) μήνες πριν την υποβολή του). - Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. - Πιστοποιητικό / βεβαίωση που να αναφέρονται οι ΚΑΔ - Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεση αίτησης λύσης του νομικού προσώπου - Για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. - Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθ.73 & 74 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, η οποία θα πρέπει να έχει μεταγενέστερη ημερομηνία της πρόσκλησης. - Υπεύθυνη δήλωση εάν κάποιο είδος δεν είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρθ.105, παρ.2 του Ν.4412/16) από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της διακήρυξης ανά κατηγορία συμμετοχής του οικονομικού φορέα στην διαγωνιστική διαδικασία. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ανώτερη των δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

- Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/16, καθώς και σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β'3103/20.06.2022.

- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.132 του Ν.4412/16.

- Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτή που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθ.105 του Ν.4412/16 όπως ισχύει.

- Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Νοσοκομείου όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης η οποία θα προέλθει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία εκκίνησε δυνάμει της παρούσης πρόσκλησης με αντικείμενο την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», δύναται να συμφωνεί με τον Ανάδοχο, διαρκούσης της σύμβασης, την παράδοση επιπλέον ποσοτήτων από συμβατικά είδη των οποίων οι κατακυρωθείσες ποσότητες αναλώθηκαν ολοσχερώς ή των οποίων επίκειται η ολοσχερής ανάλωση, στην ίδια τιμή της οικονομικής προσφοράς του

Αναδόχου με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης, σε συνδυασμό με αντίστοιχη και ίση κατά συμβατική αξία μείωση κατακυρωθεισών ποσοτήτων άλλων συμβατικών ειδών.

- Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία θα στέλνεται στον ανάδοχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη στην αποθήκη Διαχείρισης υγειονομικού υλικού του Νοσοκομείου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν της έγγραφης παραγγελίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς.

- Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την αποστολή της παραγγελίας.

- Η ασφάλεια των ειδών μέχρι τον χώρο του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου.

- Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Νοσοκομείου.

- Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση που, κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος της προμήθειας των ειδών, αυτά θα αντικαθίσταται από τον προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

- Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

- Να κατατεθούν δείγματα σε περίπτωση που ζητηθούν από την επιτροπή. Για τα δείγματα προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι αν ζητηθούν από την Υπηρεσία, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημόσιου τομέα. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων κατ' έφεσιν εξέτασης.

- Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε € με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σύμφωνα με τον Ν.4152/2013(Α'107) υποπαράγραφος Ζ.5 «συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών».

- Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 80/16 (άρθ.6).

- Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153 του Ν.4601/2019 (Α'44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθ.154 του νόμου αυτού, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), κανονιστικών αποφάσεων.

Διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων για το Γ.Ν. Χίου:

A.Φ.Μ. Αναθέτουσας Αρχής: 999094381

CPV Code:33162200-5

Contracting Type ID (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής): 1015.E00271.0001

Budget Type (Τύπος Προϋπολογισμού): 3

Budget Identifier (Αναγνωριστικό Προϋπολογισμού): 3

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.350, παρ.3 του Ν.4412/16 και σε συνάρτηση με τα άρθρ. 3 & 7 του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59/17.03.2022)
- β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρ. 3 του Ν.3580/2007)

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

**Ο Διοικητής
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

α.α ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι κάτωθι ειδικοί όροι αφορούν όλα τα προϊόντα του συγκεκριμένου διαγωνισμού και σκοπό έχουν την διασφάλιση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των προσφερομένων υλικών και την ορθή προμήθεια αυτών από το Νοσοκομείο:
- Να περιλαμβάνεται το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
- Τα προϊόντα να έρχονται αποστειρωμένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark.
- Να προσκομίζονται τουλάχιστον **2** κλινικές μελέτες, κατά προτίμηση τυχαιοποιημένες, δημοσιευμένες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, που να πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε διάφορες χειρουργικές ειδικότητες.
- Η ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των **2** ετών.
- Το κακό αποτέλεσμα μετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου θα αποτελεί λόγο απώρριψης.
- Προσκόμιση καταλόγου Νοσοκομείων που ήδη προμηθεύονται το προϊόν.

- Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του προϊόντος και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για τη διακίνηση του προϊόντος στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση-απόσυρση προϊόντος, ή μετά από την συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» (Λευκή Κάρτα).
- Κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας με αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, που να αναφέρει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια εταιρεία θα δεσμευτεί να την προμηθεύσει με την συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

1. Κουστούμια (παντελόνι – πουκάμισο) πολλαπλών χρήσεων.

Κουστούμι (παντελόνι & πουκάμισο) UNISEX από ύφασμα **TOPCOT** διπλής όψεως &**CLASSICV** με λαιμόκοψη, με τσέπες (μέσα – έξω), με λάστιχο ή φακαρόλα στη μέση, υποαλλεργικά και αντιστατικά, διαφόρων μεγεθών(**S,M,L,XL**) και χρωμάτων.

Να πλένονται στο πλυντήριο και να είναι μεγάλης αντοχής και να μην μαζεύουν και ξεβάφουν.

Να είναι χρώματος:**πράσινο**

μπλε σκούρο.

2. Μπλούζες - Ρόμπες χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων , υφασμάτινες – αδιάβροχες.

Μπλούζα χειρουργείου με αλληλο καλυπτόμενη πλάτη με κορδόνια, μπροστινό τμήμα και μανίκια σε ύφασμα φράγμα υγρών και σωματιδίων και μανσέτα ελαστική.

Μεγάλης αντοχής, υπο αλλεργική, αντιστατική, μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο, χωρίς να ξεβάφει και με προστασία από την διύσδοση αίματος, υγρών και παθογόνων ιών. Να

είναι χρώματος **πράσινο σκούρο.**

Μεγέθους: **Large**

X - Large

3. Σαμπό – τσόκαρα χειρουργείου.

Σαμπό χειρουργείου από χυτή πολυουρεθάνη (μασίφ) με πλαϊνές τρύπες αερισμού.

Αντιολισθητικά – ανατομικά – αντιστατικά με σύστημα κραδασμών στη φτέρνα για πολύωρη χρήση και ορθοστασία.

Να πλένονται στο πλυντήριο στους **90°C** και να αποστειρώνονται.

Μεγέθους **N*36** έως και **N*47**.

4. Χειρουργικά πεδία – ιματισμός αποστειρωμένος μιας χρήσεως

Γενικές Προδιαγραφές :

Ο Χειρουργικός Ιματισμός μιας χρήσης, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού – Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ- EN 13795 2019 περί χειρουργικού ιματισμού.

Επιπλέον το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι :

- Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό **nonwoven** ώστε να είναι υποαλλεργικό.
- Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, με συμπεριφορά υφάσματος, μειωμένη μηχανική μνήμη, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανάκλασεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις για άνεση στο χειρουργείο.
- Θα πρέπει να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά την χρήση και να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή.
- Όπου υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία να είναι τουλάχιστον **5cm** και αυτή να εφαρμόζει με ακρίβεια και αξιοπιστία στο δέρμα και να μην ξεκολλάει αν διαβραχεί.
- Υπεραπορροφητικό, μαλακό, υγροαπωθητικό, να καλύπτει τον ασθενή κοντά στο δέρμα του και να παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση για να υποστηρίξει την φυσική κατάσταση του ασθενούς.
- Σε κάθε ατομική συσκευασία εξωτερικά να αναγράφει ευκρινώς τα στοιχεία παρτίδας, κατασκευαστή, μέσου αποστείρωσης, ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης, να φέρει τα αντίστοιχα σύμβολα ,καθώς και να φέρει εικονογράφημα του περιεχομένου της και περιγραφή αυτού στην ελληνική γλώσσα για αποφυγή λαθών.
- Να φέρουν σήμανση **CEMARK** στη συσκευασία, με **4-ψηφιο** αριθμό αναγνώρισής κοιν.οργανισμού .
- Να μην περιέχει λάτεξ που είναι αλλεργικό.
- Η εσωτερική συσκευασία πρέπει να είναι διπλωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει το άνοιγμά της με άσηπτη τεχνική, να είναι μία και το κάλυμμα τραπέζιου στα πακέτα. Ιματισμού να περιλαμβάνει όλα τα άλλα υλικά, ώστε ανοίγοντας το να είναι έτοιμα προς χρήση, με δείκτη αποστείρωσης, στην θήκη αποστείρωσης .
- Να κατασκευάζεται από υλικό κατά το δυνατόν λιγότερο εύφλεκτο.
- Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία

A). ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ _____ Χειρουργικό Πακέτο Καταρράκτου.

- Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία (3) στρώματα:
- 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.
- 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.
- 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του χειρουργικού πεδίου
- Περιεχόμενο Πακέτου:
- Κάλυμμα τραπέζιου **150x140cm** – τεμ.1
- Οθώνιο μη υφασμένο **100x120cm** με σακούλα περισυλλογής υγρών – τεμ.1
- Χειρουργικό πεδίο **100x160cm** – τεμ.1 • Σύριγγα **1 ml** – τεμ.1 • Σύριγγα **3 ml** – τεμ.2 • Σύριγγα **5 ml** – τεμ.2
- Σύριγγα **10 ml** - τεμ.1
- Αποστειρωμένη κομπρέσα γάζα **7.5x7.5cm** – τεμ.10
- Οφθαλμολογικό επίθεμα – τεμ.1
- Τριγωνικά σπογγίδια με λαβή - τεμ.5
- Μπολ πλαστικό **60ml** - τεμ.1
- Αποστειρωμένες ποδιές χειρουργείου μεγέθους **L** με πετσέτα χειρός– τεμ. 2
- Μαχαιρίδιο **2.75mm** με άνω & κάτω κοπτικά σημεία, ειδική επίστρωση κατά των αντανάκλασεων του– τεμ.1
- Μαχαιρίδιο **15***– τεμ.1
- Βελόνη καψουλόρηξης **27G** – τεμ.1
- Βελόνη υδροδιαχωρισμού **27G Angled**– τεμ.1
- Βελόνη αέρος **27G** – τεμ.1
- Ζεύγη γαντιών αποστειρωμένα **No.7.5** – ζεύγη τεμ. 2

B). Πακέτο Ω.Ρ.Λ.

- Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία (3) στρώματα:
- 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.
- 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.
- 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του χειρουργικού πεδίου
 - Περιεχόμενο Πακέτου:
 - 1 κάλυμμα αυτοκόλλητο **195x280cm** με απορροφητική, αντιμικροβιακή ενίσχυση & στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων.
 - 1 κάλυμμα κεφαλής αυτοκόλλητο **110x80cm**.
 - 1 εξωτερικό-περίβλημα κάλυμμα τραπέζιού **200x130cm**.
 - 1 κάλυμμα τραπέζιού **Mayo**.

Γ) Επεμβατικό Πακέτο Αγγειογραφίας.

- Να περιλαμβάνει:
- Κάλυμμα τραπέζιού **150x190cm**.
- Μπλούζες **XL** ενισχυμένες
- Σύριγγα **10 ml LuerLock**.
- Σύριγγα **20 ml LuerLock**.
- Σύριγγα **5 ml LuerLock**.
- Βελόνα παρακέντησης **18G, 7cm**.
- Νυστέρι No**11**, με χειρολαβή.
- **40** Γάζες **12ply, 10x10cm**.
- **SpongeStick 8"**.
- Λαβίδα **18cm**.
- **Stopcock 3way** υψηλών πιέσεων.
- Μπολ **250ml**.
- Μπολ **500ml**.
- Διαφανές σάκος **100x100cm**.
- Διαφανές σάκος **50x100cm**.
- Μπολ **2.500** έως **6.000ml**.
- Κάλυμμα αγγειογραφίας, με **2** διαφανή παράθυρα και **2** μνηριαίες οπές, **220x330cm**.
- Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων είναι πλάτους **5cm** με υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον ασθενή .
- Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.
- Η εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

Δ) ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.

Κάλυμμα περιμετρικά του χειρουργικού πεδίου να αποτελείται από 3 στρώματα:

1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.
2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.
3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του χειρουργικού πεδίου.

Θήκες εργαλείων, αυτοκόλλητες, εκατέρωθεν του πεδίου.

Οπή χειρουργικού πεδίου με αυτοκόλλητο περιμετρικά, **10X30εκ**.

Πρόεκταση κάλυψης χεριών.

4 ταινίες velcro, στήριξης σωλήνων και καλωδίων

Διαστάσεις: **280/250x340cm**.

Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους **5cm** με υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον ασθενή.

Κατασκευασμένα από ισοθερμικό non woven υλικό. Το υλικό κατασκευής να είναι απορροφητικό.

Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

Η εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

Να μην περιέχει **Latex**.

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

5. Κάλυμμα κάλυψης χειρουργικής τράπεζας

Αδιάβροχο με αντιμικροβιακό φραγμό, με ταχύτητα απορρόφησης λιγότερο από **5sec**, με αντιστατικό προϊόν με βάση την ολεφίνη και δυνατότητα μέσω υπηρεσίας ψηφιακής εφαρμογής αποτύπωσης και στατιστικών αναφορών της παρακολούθησης του επιπέδου υγιεινής και απολύμανσης της χειρουργικής αίθουσας, αναγνωρισμένης από τον **EORNA**.

Να μην περιέχει **Latex** και κανένα συστατικό ζωικής προέλευσης, μερικώς βιοδιασπώμενο, απολύτως εναρμονισμένο με την πρότυπη νομοθεσία.

Διαστάσεων: **100x230cm**.

6. Α. Μαγνητική διεγχειρητική θήκη τοποθέτησης εργαλείων.

- Μαγνητική εργαλειοθήκη για την οργάνωση και μεταφορά χειρουργικών εργαλείων στο αποστειρωμένο πεδίο.
- Να είναι αποστειρωμένη, να είναι μιας χρήσεως, με αντιολισθητική επιφάνεια και θήκες στερέωσης.
- Να διατίθεται σε διαστάσεις: **25.4x40.6cm**

Β. Μαγνητική διεγχειρητική θήκη τοποθέτησης εργαλείων

Μαγνητική εργαλειοθήκη για την οργάνωση και μεταφορά χειρουργικών εργαλείων στο αποστειρωμένο πεδίο.

Να είναι αποστειρωμένη, να είναι μιας χρήσεως, με αντιολισθητική επιφάνεια και θήκες στερέωσης.

Να διατίθεται σε διαστάσεις: **40.6x50.8cm**

7. Αιμοστατική – ελαστική ταινία Esmark, ισχαιμικής περιόδου.

Αιμοστατική – ελαστική ταινία Esmark, ισχαιμικής περιόδου. μιας χρήσης, Διαστάσεων:

- A. 5cm,
- B. 10cm

8. Απορροφητικός τάπητας.

Τάπητας **3** στρωμάτων απορρόφησης τουλάχιστον **1,3LT/m²** και δυνατότητα μέσω υπηρεσίας ψηφιακής εφαρμογής αποτύπωσης και στατιστικών αναφορών της παρακολούθησης του επιπέδου υγιεινής και απολύμανσης της χειρουργικής αίθουσας, αναγνωρισμένης από τον **EORNA**. Να διατίθεται σε διαστάσεις: **80x120cm**.

9. Αυτοκόλλητος, υποαλλεργικός, ημιελαστικός φορέας γάζας.

- A. Διαστάσεις: **15x10cm**
- B. **20x10cm**

10. Ρολός αποστείρωσης.

Ρολός αποστείρωσης εργαλείων, επίπεδος & τριών διαστάσεων (με ή χωρίς πίετα).

Ρολό αποστείρωσης κατασκευασμένο από χαρτί βάρους **70gr/m²**, που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα, και από την άλλη από φιλμ πάχους κατ' ελάχιστον **52μm** και βάρους **53gr/m²**, αποτελούμενη από **PET/PP (9)** εννέα στρώσεων ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής αλλαγής για ατμό ή για αποστείρωση αερίων, εκτός του πεδίου εργασίας, στην εμπρόσθια πλευρά, ακριβώς

στη γραμμή συγκόλλησης με το φιλμ. Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο που ανθίσταται στην υγρασία και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. Η ένωση της ραφής των δυο πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος, με τριπλή θερμοσυρραφή, πλάτους τουλάχιστον **6mm**. Να κατατίθεται μελέτη ανεξάρτητου φορέα για τον χρόνο διάρκειας της αποστείρωσης (τουλάχιστον **60** μηνών).

Με πίετα: **5cm**

11. EYECAUTERIES - Θερμοκαυτήρας μίας χρήσεως.

Με μπαταρία, αποστειρωμένες για ειδικές χειρουργικές εφαρμογές όπως γυναικολογικές, ΩΡΛ, οφθαλμολογικές και γενικής χειρουργικής επεμβάσεις με διακύμανση έντασης θερμοκρασίας από **704°C** έως **1204 ° C**.

12. Σετ κισρών κάτω άκρων.

Σετ εκρίζωσης φλεβών μιας χρήσης, αποτελούμενο από σύρμα επικαλυμμένο με συμπολυμερές για αποφυγή τραυματισμών κατά την χρήση και **3** κεφαλές, διαμέτρου: **9, 12 και 15mm**.

13.Οφθαλμολογικό λευκοπλάστ.

Οφθαλμολογικό λευκοπλάστ διαφανή υποαλλεργικό με ελαστικότητα **2,5cm*9,14m**.

14.Βελόνη διάνοιξης δακρυϊκών πόρων.

15.Επιθέματα δακρυϊκών σημείων για ξηροφθαλμία & επιφορά.

16.Χρωστική περιφακίουBLUE DEMETHYLENE.

Χρωστική περιφακίου(ενέσιμη μορφή) **1ml** για οφθαλμολογική χρήση

17.Καθετήρας εμβολεκτομής.

Να είναι κατασκευασμένοι από ειδική σύνθεση πολυαμύνης και πολυουρεθάνης για αντοχή σε μεγάλες πιέσεις. Οι καθετήρες να έχουν διαβάθμιση κάθε 10εκατοστά και να είναι χρωματισμένοι ανάλογα με το μέγεθός τους.

Μεγέθους: **A. 3mm**

B. 4mm

Γ. 5mm

Δ. 6mm

18.Κερί ορθοπεδικό.

- Αποστειρωμένο μίγμα από κερί μέλισσας, παραφίνης και παλμιτικό ισοπροπυλεστέρα.
- Κερί για χρήση στον έλεγχο της αιμορραγίας από διαχωρισμένα ή θραυσμένα άκρα οστών, που προκαλεί τοπική αιμόσταση, ενεργώντας σαν μηχανικό φράγμα.

19.Σάκος μετεγχειρητικός.

- Σάκος μετεγχειρητικός διαφανής, με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επί της στομίας **max 7cm**. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλείσιματος **Velcro** (για χρήση και σε υδαρείς και στέρεες κενώσεις). Προς κοπή έως **90mm**.

20.Συρραπτικό – κλιπς δέρματος & εξολκέας.

Εξολκέας κλιπ δέρματος.

Εργαλείο αφαίρεσης των παραπάνω κλιπς δέρματος, αποστειρωμένο μιας χρήσεως.

21. Αφρώδης επιδεσμική ταινία (ΤΥΠΟΥ MICROFOAM).

- Να είναι ελαστική κατά μήκος και κατά πλάτος.
- Να είναι ημι-διαπερατή. Να απομονώνει την περιοχή κάλυψης από εξωτερικούς παράγοντες (μικρόβια, υγρασία), να μην εμποδίζει την αναπνοή του δέρματος.
- Να προσαρμόζεται άριστα σε ανατομικές περιοχές (π.χ. αγκώνας-γόνατο κ.λ.π.)
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να αναγράφεται σε κάθε συσκευασία ο αριθμός των ταινιών/κουτί και οι διαστάσεις της ταινίας (μήκος-πλάτος).
- Να αναγράφεται σε κάθε ρολό του προϊόντος το όνομα του κατασκευαστή
- Να διατίθεται τουλάχιστον σε 4 διαστάσεις πλάτους: **A. 7.5cm**
B. 10.0cm

22. Κουβέρτα θέρμανσης (ενηλίκων & βρεφών).

- A).** Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα ολόσωμες.
- B).** Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα άνω μέρους.
- Γ).** Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα κάτω από το σώμα.

Γενικές προδιαγραφές κουβερτών θέρμανσης.

Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με υφασμάτινη υφή, **non woven** και στις δύο πλευρές.

Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (**non woven**), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.

Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.

Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να “αιωρούνται”, να είναι ελεύθερες **latex** και ελεύθερες **DEHP**, ελεύθερες **PVC**, υψηλής αντίστασης σε ανάφλεξη (να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας **16 CFR 1610**), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).

Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με **ISO 9073-10**. Να είναι **μη αγωγίμες&αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές** και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα **βιοσυμβατές, μη αλλεργικές&μηκυτταροτοξικές**, ελεύθερες **PVC**.

Οι υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης να διαθέτουν διπλούς κρίκους ασφαλείας & να εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή σύνδεση.

Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση **5** ακτίνων&φρένο.

Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων **16cm*35cm*40cm** περίπου και βάρος έως **5,3** κιλά.

Να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, **32oC (± 2oC)**, **38oC (± 2oC)**, **43oC(± 2oC)**.

Με μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας θερμοκρασίας.

Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός μόνο **60sec** και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί.

Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν τίθενται σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας **38 ± 2°C**. Να διαθέτουν σωλήνα θέρμανσης **1,8 μέτρα**, ο οποίος να διαθέτει ειδικό εξάρτημα για την ασφαλή στήριξη του σωλήνα και της κουβέρτας και το ακροφύσιό του να διαθέτει περιμετρικό δακτύλιο ασφαλείας ο οποίος να εξασφαλίζει την σύνδεση της κουβέρτας ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις διεγερτικών ασθενών.

Να διαθέτουν οπτικοακουστικό συναγερμό ελέγχου ακραίων θερμοκρασιών διπλής λειτουργίας, οπτικό με φλας κόκκινου χρώματος και ηχητικό συναγερμό.

Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως **48 db**.

Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα ταξινόμησης HEPA, της υψηλότερης κατηγορίας **H13**, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, **0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86%** με αντικατάσταση μετά από **2000** ώρες χρήσης.

Η συσκευή να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης των ωρών λειτουργίας της συσκευής, ένδειξη led αντικατάστασης φίλτρου καθώς και ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Να διαθέτουν πιστοποιήσεις: **IEC 60601-1 Class I, BodyFloating(BF)-IEC60529 IP21-93/42/EEC&2007/47/EC-Classlib, IEC 60601-1:2005 3rd edition**.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας **2** ετών.

Προδιαγραφές για κάθε είδος με απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

A). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα ολόσωμες.

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη, διάστασης **227*133εκ ± 2 εκ**, με πρόσθετο μη διογκούμενο, μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων για πρόληψη & αποφυγή θερμικού τραυματισμού.

Με ανατομική λαιμόκοψη & ενσωματωμένα αναδιπλούμενα πτερύγια για βέλτιστη στερέωση της κουβέρτας.

B). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα άνω μέρους.

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων, άνω σώματος, διάστασης **201*76εκ ± 2 εκ**, με ανατομική λαιμόκοψη.

Να διαθέτει ενσωματωμένο διαφανές πεδίο για κάλυψη κεφαλής, 2*2 ενσωματωμένες αποσπώμενες ταινίες - κορδόνια για επικουρική στήριξη των χεριών του ασθενούς και φαρδιά αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης πάνω στο σώμα του ασθενούς. Να διαθέτει δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (αριστερά - δεξιά).»

Γ). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα κάτω από το σώμα.

Κουβέρτα θέρμανσης ολόσωμη ενηλίκων για χρήση κάτω από το σώμα, διάστασης **220*90εκ.± 2 εκ**, με δύο αυτοκόλλητες ταινίες (**7,5*60cm**) στερέωσης στον ασθενή, δεξιά και αριστερά, διάτρητες σχισμές βραχιόνων αριστερά και δεξιά που να επιτρέπουν ευελιξία στην τοποθέτηση του ασθενούς και δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (πάνω & κάτω γωνίες).

Προϋπόθεση, το μηχάνημα θέρμανσης να παραχωρείται από την μειοδότητρια εταιρεία (μέχρι και τέσσερα (4) τουλάχιστον μηχανήματα).

23. Ισότονο διάλυμα καθαρισμού τραυμάτων.

Αποστειρωμένο ισότονο διάλυμα καθαρισμού τραυμάτων με βάση το διάλυμα **“RINGER”** (ισότονο διάλυμα ηλεκτρολύτη αποτελούμενο από χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο και χλωριούχο ασβέστιο), από **0,02%** πολυεξανίδη και πολυαιθυλενογλυκόλη, **1000ml**.

24. ENZYMATIKOS ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΩΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ.

- Να εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει, με σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων και στις αναρροφήσεις.
- Να καθαρίζει σε λίγα λεπτά και να έχει **ουδέτερο PH**.
- Να έχει σήμανση **CE**.

25.A. Αντισυμφυτικό, ενδοπεριτοναϊκό χειρ/κό υλικό σε υγρή μορφή.

Αντισυμφυτικό, ενδοπεριτοναϊκό χειρουργικό υλικό σε υγρή μορφή,
(διάλυμα **4%** ικοδεξτρίνη).

Να διατίθεται σε συσκευασία **1.5lt** για επεμβάσεις ανοιχτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

B. Αντισυμφυτική μεμβράνη.

Αντισυμφυτική μεμβράνη από υαλουρονικό και καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη.

Διαστάσεως: **13cm*15cm**.

26. Αιμοστατικό σε υγρή μορφή (τζελ).

- Αιμοστατικό για ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, αποτελούμενο από δυο συστατικά: **α).** κοκκία βόειας ζελατίνης (**0.93gr**) **β).** θρομβίνη ανθρώπινης προέλευσης **2.500** διεθνών μονάδων (**IU**) σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου.
- Να διατίθεται ρύγχος για λαπαροσκοπική χρήση.

27. Αιμοστατικό επίθεμα στεγανοποίησης.

Επίθεμα έτοιμο προς χρήση, βόειο χόριο κολλαγόνο, επικαλυμμένο με **NHS-PEG** και διπλό μηχανισμό δράσης. Διαστάσεων:

A. 4,5cmx4,5cm

B. 4,5cmx9,0cm

28. Πώμα για ορθοπρωκτικά συρίγγια.

Υλικό από πολυγλακτίνη, κατάλληλο για ανάπτυξη ιστών.

29. Κόλλα σύγκλισης δέρματος.

Κόλλα σύγκλισης δέρματος αποστειρωμένη από **100% 2-οκτυλοκυανοακρυλικού** εστέρα για εφαρμογή σε χειρουργικές τομές έως και **30cm**.

Με ειδικά πτερύγια εφαρμογής για ασφαλή και άσηπτη εφαρμογή.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και **90 λεπτά** μετά τη πρώτη εφαρμογή. Συσκευασία: **0,8gr**.

30. Μικροκλιπ για προσωρινό αποκλεισμό (αιμόσταση) μικρών αγγείων.

- Πολυανθρακικό μικροκλιπ (σφιγκτήρας) για τον προσωρινό αποκλεισμό, αιμόσταση μικρών αγγείων (αρτηριών-φλεβών με διάμετρο από 0.2mm έως 4mm).
- Να παρέχει σταθερή σύσφιξη με την ελάχιστη δυνατή πίεση από τις ειδικά σχεδιασμένες ατραυματικές σιαγώνες.
- Να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ολίσθησης αλλά και τραυματισμού του αγγείου σε σχέση με τα βαρύτερα μεταλλικά κλιπς.
- Να παρέχεται με χρωματική κωδικοποίηση (κίτρινο για αρτηρίες-πράσινο για φλέβες) για την επιλογή του κατάλληλου κλιπ και τον άμεσο και εύκολο εντοπισμό του στο χειρουργικό πεδίο.
- Να επιτρέπει την καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη άνεση κινήσεων στο χειρουργικό πεδίο
- Να είναι μίας χρήσης, από ελαφρύ, εύκαμπτο πολυμερές (πολυανθρακικό),
- Να διατηρεί σταθερές τις ιδιότητές του (πίεση-δύναμη σύσφιξης) σε σχέση με τα μεταλλικά κλιπς πολλαπλών χρήσεων.
- Να προσφέρεται και σε διαμόρφωση 2 κλιπ που συνδέονται μεταξύ τους με ράβδο, για χρήση σε περιστατικά ειδικών απαιτήσεων (π.χ. αναστομώσεις)
- Να διατίθεται σε διαστάσεις: **A. 21,5mm/60C (ΠΡΑΣΙΝΟ LARGE ΓΙΑ ΦΛΕΒΕΣ 2mm ~ 4mm)**
B. 21,5mm/120C (ΚΙΤΡΙΝΟ LARGE ΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 2mm ~ 4mm)

31. Οφθαλμολογικό ταμπόν.

Οφθαλμολογικό ταμπόν. κάλυψης οφθαλμού μιας χρήσεως (αποστειρωμένο).

32. Τετράγωνα – χειρουργικά πεδία μιας χρήσης διαφόρων διαστάσεων.

Αδιάβροχα, αποστειρωμένα μιας χρήσεως (3) στρωμάτων με εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και στην τριβή με οπή ή χωρίς οπή & με αυτοκόλλητο στις άκρες για συγκράτηση.

Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο (3) στρωμάτων, **75x90cm**.

33. Τεμνόμενο χειρουργικό οθόνιο.

Κατασκευασμένο από διάφανο πολυαιθυλένιο.

Να είναι επιστρωμένα με υποαλλεργική κόλλα.

Να έχουν αντιστατική, αντιθαμβωτική συμπεριφορά.

Να είναι ακτινοδιαπερατά.

Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της αποθήκευσης του προϊόντος.

Να φέρει σήμανση CE.

Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις:

A. Αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια **35 x 35εκ.**

B. Αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια **60 x 45εκ.**

Γ. Αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια **60 x 85εκ.**

34. Βελόνα καψουλόρηξης 27G Angled**35. Ιξωδοελαστικό οφθαλμολογικό υλικό.**

A. Υαλουρονικό νάτριο με την προσθήκη μανιτόλης.

Ιξωδοελαστικό διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου, με την προσθήκη μανιτόλης, περιεκτικότητας **15,5mg/g**, με μοριακό βάρος **2,2MDa.**, **ph** από **6.8** έως **7.6**, οσμωμοριακότητα **310mOst/kr**.

Να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης **1ml**.

Να διατηρείται σε θερμοκρασία 2C έως 25C

B. Υαλουρονικό νάτριο υψηλής περιεκτικότητας **3%**.

Ιξωδοελαστικό διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου περιεκτικότητας **30,0mg/g**, με μοριακό βάρος **2.400.000 Da.**, **ph** από **7.0** έως **7.5**, οσμωμοριακότητα **310mOst/kr**.

Να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης **1ml** και κάνουλα **25G (Clear Back stop)**.

Να διατηρείται σε θερμοκρασία **2C** έως **25C**.

36. Κάνουλα κυστεοτόμου A. 25 G – B.27G.**37. Μαχαιρίδιο φακοτροψίας 15*.**

A). Μαχαιρίδιο **15*** μοιρών μιας χρήσης με χειρολαβή από ιατρικό χάλυβα για πλάγια είσοδο στον πρόσθιο θάλαμο βοηθητικών εργαλείων.

B). Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας μιας χρήσης κεκαμένο.

Με άνω και κάτω κοπτικά σημεία , από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου και ειδική σήμανση στα **2mm** ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης από το χειρουργό του βάθους της τομής, 1. **2,75mm**, &

2. **3,0mm**.

38. Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης.

A). Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο, με παρόμοια σύνθεση και ΡΗ όπως του υδατοειδούς υγρού αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση σε συσκευασία των **15 - 20ml**.

B). Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο σε πλαστικό σάκο, που να μπορεί να τοποθετηθεί εντός μηχανήματος φακοθρυψίας για τη δημιουργία ελεγχόμενης πίεσης του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαίρεσης του καταρράκτη, με παρόμοια σύνθεση και ΡΗ όπως του υδατοειδούς υγρού. Να περιέχει ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία και οργανικές ουσίες, εμπλουτισμένο με **γλουταθιόνη, διτανθρακικό νάτριο** και **δεξτρόζη** αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση σε συσκευασία των **500ml**. Συμβατό με μηχανήματα **CENTURION VISION SYSTEM**.

39. Διαστολείς / άγκιστρα έλξης ίριδος.

- Διαστολείς / άγκιστρα έλξης ίριδος για τεχνητή μυδρίαση (άγκιστρα **PMMA** με σταθεροποιητές σιλικόνης.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) πολλαπλών χρήσεων.		17%	
	Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) πολλαπλών χρήσεων. (Small)	10		210,6
	Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) πολλαπλών χρήσεων. (Medium)	20		421,2
	Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) πολλαπλών χρήσεων. (Large)	25		526,5
	Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) πολλαπλών χρήσεων. (XLarge)	25		526,5
2	Μπλούζες - Ρόμπες χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων , υφασμάτινες – αδιάβροχες - πράσινες		17%	
	Μπλούζες - Ρόμπες χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων , υφασμάτινες – αδιάβροχες - πράσινες. (Large).	30		768,69
	Μπλούζες - Ρόμπες χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων , υφασμάτινες – αδιάβροχες - πράσινες. (XLarge).	30		768,69
3	Σαμπό-τσόκαρα Νο 36 έως και Νο 47	30	17%	782,73
4A	Χειρουργικό πακέτο Καταρράκτου	10	17%	326,43
4B	Πακέτο Ω.Ρ.Λ	10	17%	120,51

4Γ	Επεμβατικό πακέτο αγγειογραφίας	10	17%	193,05
4Δ	Νευροχειρουργικό πακέτο, Κάλυμμα σπονδυλικής	10	17%	210,6
5	Κάλυμμα κάλυψης χειρουργικής τράπεζας 100x140cm.	50	17%	468,00
6Α	Μαγνητική διεγχειρητική θήκη τοποθέτησης εργαλείων 25.4x40.6cm	20	17%	351,00
6Β	Μαγνητική διεγχειρητική θήκη τοποθέτησης εργαλείων 40.6x50.8cm	20	17%	468,00
7	Αιμοστατική – ελαστική ταινία Esmark, ισχαιμικής περιόδου, μιας χρήσης.			
A	5cm	10	17%	49,725
B	10cm	20	17%	99,45
8	Απορροφητικός τάπητας 80x120cm	100	17%	912,6
9	Αυτοκόλλητος, υποαλλεργικός, ημιελαστικός φορέας γάζας			
A	15*10cm	20	17%	73,71
B	20*10cm	20	17%	97,11
10	Ρόλος αποστείρωσης εργαλείων, επίπεδο & τριών διαστάσεων – με ή χωρίς πιέτα (όλων των διαστάσεων). Με πιέτα 5 cm	4	17%	36,3168
11	EYE CAUTERIES - Θερμοκαυτήρες μίας χρήσεως	20	17%	386,1
12	Σετ κισών κάτω άκρων	10	17%	368,55
13	Οφθαλμολογικό λευκοπλάστ	20	17%	27,846
14	Βελόνη διάνοιξης δακρυϊκών πόρων.	5	17%	117,00
15	Επιθέματα δακρυϊκών σημείων για ξηροφθαλμία & επιφορά.	5	17%	175,5
16	Χρωστική περιφακίου BLUE DEMETHYLENE.	30	17%	189,54
17	Καθετήρες εμβολεκτομής 3 έως 6mm			
A	3mm	5	17%	263,25
B	4mm	5	17%	263,55
Γ	5mm	5	17%	263,55
Δ	6mm	5	17%	263,55
18	Κερί ορθοπεδικό.	10	17%	19,539
19	Σάκος μετεγχειρητικός.	100	17%	117,00
20	Εξολκείας κλιπ δέρματος	10	17%	58,968
21	Αφρώδης επιδεσμική ταινία(ΤΥΠΟΥ			

	MICROFOAM).			
A	7.5cm	10	17%	114,66
B	10.0cm	5	17%	75,7575
22A	Κουβέρτα θέρμανσης με αέρα ολόσωμη	10	17%	81,9
22B	Κουβέρτα θέρμανσης με αέρα άνω μέρους	10	17%	81,9
22Γ	Κουβέρτα θέρμανσης με αέρα κάτω από το σώμα	10	17%	81,9
23	Ισότονο διάλυμα καθαρισμού τραυμάτων.	100	17%	1614,6
24	ENZYMATIKOS ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΩΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ	4	17%	88,92
25A	Αντισυμφυτικό, ενδοπεριτοναϊκό χειρ/κό υλικό σε υγρή μορφή 1.5lt.	5	17%	2047,5
25B	Αντισυμφυτική μεμβράνη 13cm*15cm	10	17%	4095,00
26	Αιμοστατικό υγρό	3	17%	856,44
27 A	Αιμοστατικό επίθεμα στεγανοποίησης 4,5X4,5	6	17%	1684,8
B	4,5X9	6	17%	1684,8
28	Πώμα για ορθοπρωκτικά συρίγγια	1	17%	585,00
29	Κόλλα σύγκλισης δέρματος 0,80 γρ.	10	17%	292,5
30	Μικροκλιπ για προσωρινό αποκλεισμό			
A	21,5mm/60C (ΠΡΑΣΙΝΟ LARGE 2mm ~ 4mm)	10	17%	351,00
B	21,5mm/120C (ΚΙΤΡΙΝΟ LARGE 2mm ~ 4mm)	10	17%	351,00
31	Οφθαλμολογικά ταμπόν	1000	17%	52,65
32	Τετράγωνα – χειρουργικά πεδία μιας χρήσης διαφόρων διαστάσεων 75*90cm	300	17%	147,42
33	Τεμνόμενο χειρουργικό οθόνιο			
A	35 x 35εκ	30	17%	68,445
B	60 x 45εκ	30	17%	101,79
Γ	60 x 85εκ	30	17%	171,99
34	Βελόνα καγουλόρηξης 27GA.	100	17%	140,4
35	Ιξωδοελαστικό οφθαλμολογικό υλικό.			
A	1,8%.	100	17%	1743,3
B	3,0%.	100	17%	1743,3
36	Κάνουλα κυστεοτόμου 25-27G.			
A	25G.	20	17%	28,08
B	27G.	100	17%	140,4
37	Μαχαιρίδια φακοτρυψίας.			
A	15*	100	17%	204,75
B 1	2,75mm	100	17%	257,4
B 2	3,0mm	20	17%	25,74
38	Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης.			
A	15-20ml	100	17%	345,15
B	500ml	100	17%	936,00

39	Διαστολείς/άγκιστρα έλξης ίριδος	10	17%	58,5
----	----------------------------------	----	-----	------