



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Β. Κουτσουρά
Τηλ.: 22713/50258
E-mail:promithion@xioshosp.gr

**ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 71/2023

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΝΙΝΕΣ)
CPV:33696300-8**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.888,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Με την παρούσα Πρόσκληση το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει του άρθ.118 και του άρθ.120 του Ν.4412/16, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΝΙΝΩΝ)».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ (30.888,00 με ΦΠΑ 4%) σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2023 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.35/19.06.2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος.

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:

- την με αριθ. 35/19.06.2023 (ΑΔΑ:9ΡΝΡ469073-Φ4Ρ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» έγκρισης σκοπιμότητας την προμήθεια «ΤΡΟΠΟΝΙΝΩΝ» και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει των άρθ.118 & 120 του Ν.4412/16.
- την με αριθ. 42/10.07.2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» έγκρισης του πρακτικού των Τεχνικών Προδιαγραφών της επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
- την με αριθ. 1428/26.06.2023 (ΑΔΑ:Ρ66Ζ469073-5Ν7) Ανάλυση Πίστωσης.

Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, προσκομίζοντας έντυπο κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία της παρούσης πρόσκλησης και ως παραλήπτης το τμήμα πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

23PROC013172208 2023-07-28

μέχρι την Τετάρτη 09.08.2023 και ώρα 14:30 μ.μ., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΝΙΝΕΣ)
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ1359 • Ανάληψη Υποχρέωσης: 1428/26.06.2023 (ΑΔΑ:Ρ66Ζ469073-5Ν7)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Υποβολή προσφοράς με προσκόμιση έντυπου κλειστού φακέλου στο τμήμα πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Τετάρτη 09.08.2023 και ώρα 14:30 μ.μ.
Ημερομηνία/Τόπος Αξιολόγηση προσφοράς	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφ.Προμηθειών) Πέμπτη 10.08.2023 ώρα 13:00 μ.μ.
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ποσότητες, τιμή μονάδος, σύνολο καθαρής αξίας, ποσοστό ΦΠΑ, σύνολο τελικής αξίας).</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο βάσει της τιμής, εφόσον η προσφορά του δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό και έχει κριθεί αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης/ Αποδεικτικά μέσα</p>	<p>Ο «Ανάδοχος» μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά του, υποβάλλει και τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους έκτος από το πιστοποιητικό επιμελητηρίου για το οποίο η έκδοσή του πρέπει να είναι 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (Ν.4412/16, αρθ.105, παρ.2) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. <u>Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 1.188,00 € με ημερομηνία λήξης της εγγυητικής, ανώτερη των δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.</u></p>

- Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία θα στέλνεται στον ανάδοχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη στην αποθήκη Διαχείρισης υγειονομικού υλικού του Νοσοκομείου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν της έγγραφης παραγγελίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς.
- Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την αποστολή της παραγγελίας.
- Η ασφάλεια των ειδών μέχρι τον χώρο του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
- Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
- Να κατατεθούν δείγματα. Για τα δείγματα προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι αν ζητηθούν από την Υπηρεσία, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημόσιου τομέα. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων κατ' έφεσιν εξέτασης.
- Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.
- Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της παρούσας πρόσκλησης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.350, παρ.3 του Ν.4412/16 και σε συνάρτηση με τα άρθ.3 & 7 του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59/17.03.2022)
 - β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθ.3 του Ν.3580/2007)
 - Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
 - Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Hs-c Tnl ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ	4.500	ΤΕΣΤ	4%	29.700,00€	30.888,00€
Σ Υ Ν Ο Λ Α						30.888,00€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Χίος.: 05.07.2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΣΙΘΗΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ I

1. Ο αναλυτής να είναι μικρός, εύχρηστος και να έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των εξής παραμέτρων:
Υψηλής ευαισθησίας Τροπονίνης I, με χημειοφωταύγεια.
2. Να μην απαιτείται συχνή βαθμονόμηση του αναλυτή και η εισαγωγή της κύριας καμπύλης βαθμονόμησης να γίνεται με ηλεκτρονική μορφή (τσιπ κωδικοποίησης). Να χρησιμοποιεί υγρά calibrators για τη δημιουργία της καμπύλης μια φορά το μήνα.

3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να βασίζεται στη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας φθορισμού.
4. Η λειτουργία του αναλυτή να είναι απλή, χωρίς να απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό.
5. Να κάνει χρήση απευθείας ολικού φλεβικού αίματος χωρίς να απαιτείται φυγοκέντρηση.
6. Τα αποτελέσματα της εξέτασης να βγαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά (15 λεπτά) με κασέτα μιας χρήσης (μονοτεστ).
7. Να μην απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία του δείγματος ή προσθήκη αραιωτικών/ ρυθμιστικών διαλυμάτων πριν την μέτρηση.
8. Ο αναλυτής να διαθέτει οθόνη LCD αφής και να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων του χειριστή / ασθενή (π.χ. ID) και μνήμη ασθενών.
9. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή.
10. Το αντιδραστήριο της Τροπονίνης να έχει υψηλή ευαισθησία από 0,0025 ng/ml και γραμμικότητα έως 50 ng/ml.
11. Ο αναλυτής να έχει CV<10% στο 99% των φυσιολογικών δειγμάτων.
12. Εάν οι ταινίες μέτρησης συντηρούνται στο ψυγείο, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την έξοδό τους από αυτό , να μην απαιτείται χρόνος προθέρμανσής τους και να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (μεγαλύτερη των 20 μηνών).
13. Ο αναλυτής να μην απαιτεί κανενός είδους συντήρηση.
14. Να μην απαιτείται όγκος δείγματος για όλες τις εξετάσεις μεγαλύτερος των 75 μL.
15. Να διαθέτει οθόνης αφής τουλάχιστον 7.5 ιντσών.
16. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 30000 αποτελεσμάτων εξετάσεων.
17. Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης δείγματος ολικού αίματος, πλάσματος, ορού και ούρων και όλες οι παράμετροι να εκτελούνται από τον ίδιο τύπο δείγματος.
18. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να βασίζεται στη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας φθορισμού.
19. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης απευθείας με LIS/HIS.
20. Το λογισμικό του αναλυτή να είναι βασισμένο σε πλατφόρμα «Android».
21. Στην προσφορά να σταλούν και δείγματα.
22. Η προσφορά να περιλαμβάνει και τα αναλώσιμα.
23. Η εταιρεία που θα προμηθεύει τα αναλώσιμα, θα δώσει και το συνοδό εξοπλισμό.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΙΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΦΡΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ