



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^Η Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
« ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

Στη Χίο σήμερα 27 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00π.μ., συνήλθε στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» η συσταθείσα, με την αρ.πρωτ.698/9-05-2022 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, επιτροπή συγκρότησης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια « συστήματος επούλωσης τραύματος με εφαρμογή αρνητικής πίεσης.

Παρόντα μέλη της επιτροπής:

1. **ΒΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**
2. **ΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ**
3. **ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Μετά από μελέτη των αναγκών των τμημάτων η επιτροπή προτείνει

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο) | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΦΠΑ |
|-----|---|----------|--------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|
| 1 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL | 7 | ΤΕΜ | 174 | 9% | 1327,62 |
| 2 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM | 30 | ΤΕΜ | 194 | 9% | 6343,80 |
| 3 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE | 10 | ΤΕΜ | 212 | 9% | 2310,80 |
| 4 | ΣΕΤ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ABDOMINAL | 6 | ΤΕΜ | 220 | 9% | 1438,80 |
| 5 | ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ | 30 | ΤΕΜ | 95 | 17% | 3334,50 |
| 6 | ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΣΝΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 10Χ10 | 52 | ΤΕΜ | 4,3 | 9% | 243,72 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Κάνιστρο συλλογής υγρών (A/A 5)
 - a. Να είναι τουλάχιστον 1000ml
 - b. Συμβατό με την αντλία και τα σετ σπόγγου που προσφέρονται.
 - c. Να διαθέτει απολυμαντικό παράγοντα
 - d. Να διαθέτει φίλτρο / βαλβίδα ανεπίστροφη.
2. Το σετ σπόγγου με άργυρο (A/A 1,2,3) να περιλαμβάνει τα εξής :
 - a. Σπόγγο μεγέθους Small , Medium, Large με ομοιογενώς κατανομημένο άργυρο σε όλη την δομή του
 - b. Τουλάχιστον 1 διαφανή κολλητική μεμβράνη
 - c. Δίσκο παροχέτευσης
 - d. Αποστειρωμένο σωλήνα σύνδεσης Luer connector με κλείστρο (κλάπα)
3. Το σετ Abdominal ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων (A/A 4) να περιλαμβάνει τα εξής :
 - a. Τουλάχιστον 1 σπόγγο μεγάλης διάστασης
 - b. Τουλάχιστον 1 μη συγκολλητική μεμβράνη κατάλληλα σχεδιασμένη για προστασία των ζωτικών οργάνων του ασθενούς.
 - c. Τουλάχιστον 2 αποστειρωμένους σωλήνες παροχέτευσης των εκκρίσεων
 - d. Αποστειρωμένο σωλήνα σύνδεσης Luer connector με κλείστρο (κλάπα)
 - e. Τουλάχιστον 2 αυτοκόλλητες αποστειρωμένες μεμβράνες
4. Πλέγμα με παράγοντα επιτάχυνσης επούλωσης τραύματος (A/A 6)
 - a. Το πλέγμα να είναι υδροκολοειδές με παραφίνη – βαζελίνη για την αποφυγή προσκόλλησης τους πλέγματος στο τραύμα
 - b. Να περιέχει παράγοντα επιτάχυνσης επούλωσης τραύματος
 - c. Να είναι 10X10 cm περίπου.

Το A/A 6, είναι συμπληρωματικό των A/A 1,2,3 και οι προσφέρουσες εταιρίες μπορούν να το προσφέρουν είτε μέσα στα σετ των A/A 1,2,3 ή και ξεχωριστά.

Ο μειοδότης των A/A 1,2,3 θα προκύψει

- Από το άθροισμα των επιμέρους τιμών των A/A 1 ή A/A 2 ή A/A 3 συν A/A 6 (στην περίπτωση που το A/A 6 προσφερθεί ξεχωριστά)
- Μόνο από την τιμή που προσφέρεται στα A/A 1 ή A/A 2 ή A/A 3 (στην περίπτωση που το A/A 6 περιλαμβάνεται μέσα στο σετ των A/A 1,2,3).

Στην περίπτωση που υπάρχει μειοδότης που να προσφέρει το A/A 6 εκτός των σετ A/A 1,2,3 τότε η ποσότητα προμήθειας από το A/A 6 θα είναι ανάλογα με τα τεμάχια των ειδών που θα μειοδοτήσει.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 1 μειοδότης τότε το A/A 5 μοιράζεται ανάλογα σε ποιο / ποια είδη από τα A/A 1,2,3,4 έχει μειοδοτήσει.

Το σύστημα επούλωσης τραύματος με θεραπεία κενού θα πρέπει να υποστηρίζεται όλο τον χρόνο και καθημερινά από εξειδικευμένο τεχνικό στη Χίο.

Η αντλία θα πρέπει να παραχωρείται δωρεάν για την χρήση των συμβατών αναλώσιμων σετ.

Η ίδια η αντλία θα πρέπει να είναι συμβατή με όλα τα προσφερόμενα είδη. Επίσης η αντλία κενού να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Συνεχή και διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης
- Να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για αυτονομία λειτουργίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ